Drill Sequence

	Ø 2.35	Lateral Direction Ø 4.0	Pilot Ø 2.3/3.2	Ø 3.75	Ø 4.0
	103.455	103.458	103.465	103.456	103.457
Ø 4.0 mm	✓	Optional	Optional	✓	✓

The procedure can start guided. Check the instruments for more information.

Zygoma **GM™** Implants



	30.0 mm	35.0 mm	37.5 mm	40.0 mm	42.5 mm	45.0 mm	47.5 mm	50.0 mm	52.5 mm	55.0 mm
Ø 4.0										
NeoPoros	109.1049	109.1050	109.1051	109.1052	109.1053	109.1054	109.1055	109.1056	109.1057	109.1058

GM Cover Screw

0 mm	2 mm
117.021	117.022

:: Use the manual Neo Screwdriver (104.060);
:: Do not exceed the insertion torque of 10 N.cm.

Check it out on the eShop, go to:
neodent.com/shopnow